



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Nota

Número:

Referencia: Circular N° 01-2023 Aclaratoria EX-2022-71600044- -APN-DA#INTI, Licitación Pública Nacional de Bienes FONTAR N°03/2022 “Adquisición de 1 (uno) Baño mantenimiento celdas de punto triple de agua (TPW)”.

A: SEÑORES PROVEEDORES (.),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

CIRCULAR ACLARATORIA N° 01/23

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Licitación Pública Nacional de Bienes FONTAR N°03/2022, con el objeto de notificarles que atento a la consulta realizada:

1. ¿Qué tipo de sonda poseen? (SPRT, PRT o termopar)
2. ¿Qué puntos fijos necesita?
3. ¿Necesita puntos de comparación adicionales? En caso afirmativo, cuáles?

En respuesta se manifiesta:

1. Las tres y de varias longitudes
2. No estamos comprando celdas de punto fijo, ya tenemos
3. No estamos comprando celdas de punto fijo, ya tenemos

Sin otro particular saluda atte.