



**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarillos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 029

TERMOMETROS ARGENTINOS S.A.

Inscripción N° RL-2017-1565320-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2020

Válido hasta el 08 de septiembre de 2021



CERTIFICADO N° 029

TERMOMETROS ARGENTINOS S.A.

Inscripción N° RL-2017-1565320-MP

ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Marca	Modelo	Características metrológicas
TD.20-2224	Franklin	HZ5	Rango de medición 32 a 43,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II
TD.20-2226	Franklin	HZ6	Rango de medición 32 a 43,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2020

Válido hasta el 08 de septiembre de 2021

Dr. Héctor Laiz

Gerente de Metrología y Calidad
Instituto Nacional de Tecnología Industrial