



Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 066

SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

Inscripción N° RL-2017-01061968-APN-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor M Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
INTI

Buenos Aires, 18 de abril de 2024

Válido hasta el 18 de abril de 2025



CERTIFICADO N° 066

SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

Inscripción N° RL-2017-01061968-APN-MP

ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Marca	Modelo	Características metrológicas
TD.20-2248	Citizen	CTA 301C	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II

Buenos Aires, 18 de abril de 2024

Válido hasta el 18 de abril de 2025

Dr. Héctor M Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 066- Silvestrin DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.