



INTI

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección Técnica de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> E-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 068

MARTIN EMILIO MOLINARI (Alcometer LA)

Inscripción R.U.M.P. N° RL-2018-7531168-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 4 de junio de 2024

Válido hasta el 4 de junio de 2025



CERTIFICADO Nº 068
MARTIN EMILIO MOLINARI (Alcometer LA)

Inscripción R.U.M.P. Nº RL-2018-7531168-MP
ANEXO 1

PAGINA 1/1

| Modelo | Código de aprobación de modelo | Expediente | Características metrológicas |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saf´ IR Evolution | ET.10 - 2253 | S01: 0007475/2016 | Rango de medición: 0,00 g/l a 3,00 g/l. Temperatura de operación: -10 a 50 °C. Tiempo de precalentamiento: 1 a 4 min. |
| Saf´ IR Evolution Con dispositivo de impresión | ET.20 - 2254 | S01: 0007475/2016 | Rango de medición: 0,00 g/l a 3,00 g/l. Temperatura de operación: -10 a 50 °C. Tiempo de precalentamiento: 1 a 4 min. |

Buenos Aires, 4 de junio de 2024

Válido hasta el 4 de junio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente Operativo de Metrología y Calidad
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 068 - molinari DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.