



**Instituto Nacional de Tecnología Industrial**  
**Dirección Técnica de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA  
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400  
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: [metrologialegal@inti.gob.ar](mailto:metrologialegal@inti.gob.ar)

**CERTIFICADO N° 048**

**IRAOLA Y CIA. S.A.**

**Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-15329632-APN-MP**

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT ) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

---

Dr. Héctor M. Laiz  
Gerente Operativo de Metrología y Calidad  
INTI

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2024

*Válido hasta el 19 de septiembre de 2025*



**INTI**

# CERTIFICADO N° 048

## IRAOLA Y CIA. S.A.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-15329632-APN-MP

### Anexo I

Código de aprobación de modelo	Marca	Modelo	Características Metrológicas
TD.20-2247	Hangzhou Hua'an Medical & Health	DT-11 A	Rango de medición 32 a 42 °C Precisión: 0,1 °C; Clase II
ML-0083/2012/AR0026/2020	Genial Technology Co. Ltd.	T11	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1 °C; Clase II
ML-0083/2012/AR0026/2020	Genial Technology Co. Ltd.	T15SC	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1 °C; Clase II

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2024

*Válido hasta el 19 de septiembre de 2025*

Dr. Héctor M. Laiz  
Gerente Operativo de Metrología y Calidad  
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Certificado 048- Iraola DC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.