

ANEXO I

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. – Laboratorio N° 31

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA FLUIDOS			
SERVICIOS de:	CAMPO DE MEDIDA	INCERTIDUMBRE MINIMA DE MEDICION (x)	PROCEDIMIENTOS
Calibración de Medidores de Caudal a Presión Atmosférica	0,5 a 6500 m ³ /h	0,28 %	PELC-001
Ensayo de Spin Test	1 a 800 s	1 s	PELC-013