

ANEXO I-1

CALINS S.A. – Laboratorio N° 55

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA PRESION				
SERVICIOS Calibración de:		Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Manómetros, vacuómetros y transmisores de presión	Neumática	0 MPa a 2 MPa	0,8 kPa	P-DT-PT-01-07 P-DT-PT-02-06
	Hidráulica	0 MPa a 40 MPa	16 kPa	
Vacuómetros	Neumática	-80 kPa a 0 kPa	0,8 kPa	

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento $k=2$.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2021