

## ANEXO I-1<sub>1</sub>

ADOX S.A: Laboratorio N° 78

### SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

ÁREA TEMPERATURA				
SERVICIOS CALIBRACIÓN/MEDICIÓN DE:		CAMPOS DE MEDIDA	MÍNIMA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (X)	PROCEDIMIENTOS
Mapeo térmico de áreas cerradas. Cálculos de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura media, puntos fríos y calientes, homogeneidad, estabilidad Heladeras, Cámaras Frigoríficas, Cuartos refrigerados	Realizada en campo	0 °C a 10 °C	1,8 °C	7.6.00.00
Mapeo térmico de áreas cerradas. Cálculos de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura media, puntos fríos y calientes, homogeneidad, estabilidad en: Depósitos, cámaras de estabilidad Depósitos, Cámaras de estabilidad	Realizada en campo	10 °C a 50 °C	1,1 °C	
Calibración de termómetros con sensores internos o externos , dataloggers de temperatura.	Laboratorio	0 °C a 50 °C	0,7 °C	7.6.02.00

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2. Salvo que se especifique otra cosa, la incertidumbre de medición expresada en % se refiere a la incertidumbre relativa de la indicación del instrumento objeto de calibración o al valor de la medida materializada según corresponda.