

COMPLIANCE ENGINEERING SERVICES S.A– Laboratorio N° 25

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA LUMINOTECNIA			
SERVICIOS Medición de:	CAMPO DE MEDIDA	MÍNIMA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN	PROCEDIMIENTO
Mediciones fotométricas en lámparas: Incandescentes Fluorescentes	Flujo: 0 - 4000 lm	3,6 %	CIM 050
	Potencia: 0 - 200 W	0,35 %	CIM 017
	Tensión : 0 - 250 V	0,43 %	CIM 017
	Flujo: 0 - 4000 lm	4,47 %	CIM 050
	Potencia: 0 - 60 W	0,49 %	CIM 017
	Tensión: 0 - 220 V	0,43 %	CIM 017

COMPLIANCE ENGINEERING SERVICES S.A– Laboratorio N° 25

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA PILAS			
SERVICIOS Medición de:	CAMPO DE MEDIDA	INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN	PROCEDIMIENTO
Medición de características eléctricas de pilas y baterías	Tiempo: 1h - 4 h Tensión continua: 0,6 V - 9 V Resistencia: 2,2 Ω - 300 Ω	$\pm 0,1$ s $\pm 0,14$ % $\pm 0,38$ %	CIM-054