

ANEXO I-1

CIPEM SRL – Laboratorio N° 35

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA FUERZA			
SERVICIOS DE:	ALCANCE	INCERTIDUMBRE MINIMA DE MEDICION (x)	PROCEDIMIENTOS
Calibración de máquinas de ensayo (tracción y compresión)	1 N a 50 N (con pesas)	0,12 %	IT ISO 7500-1 IT ASTM E4
	50 N a 500 N	0,12 %	
	0,5 kN a 5 kN	0,12 %	
	5 kN a 50 kN	0,12 %	
	50 kN a 500 kN	0,12 %	

(x): La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %

ANEXO I-2

CIPEM SRL – Laboratorio N° 35

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA DIMENSIONAL			
SERVICIOS DE:	ALCANCE	INCERTIDUMBRE MINIMA DE MEDICION (x)	PROCEDIMIENTOS
Calibración de extensómetros	0,5 μ m a 60 mm	\pm 0,1 μ m	IT ISO 9513 IT ASTM E83

(x): La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %