

ANEXO I

Elster AMCO de Sudamérica S.A. – Laboratorio N° 41

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA FLUIDOS			
SERVICIOS Calibración/Medición de:	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Calibración de Medidores volumétricos de gas a diafragma	Hasta 6m ³ /h	0,5 %	MEC 006

(x): La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %