



Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 035

HIJOS DE FRANCISCO DINO S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL - 2019 - 59215021 - MPYT

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI

Buenos Aires, 19 de octubre de 2023

Válido hasta el 19 de octubre de 2024



CERTIFICADO N° 035

HIJOS DE FRANCISCO DINO

S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2019-59215021-MPYT

ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BB.20-716	Industrial para uso interno y sus variantes	Máx:150kg; Min:5kg; e=dd=dt:100g; n=1500 ; Clase III
BC.20-1682	PBB y Variante (Uso industrial interno)	Máx:16kg; Min:500g; e=dd:10g; n=1600 ; Clase III
BP.20-714	Base	Máx:150kg; Min:5kg; e=dd=dt:100g; n=1500 ; Clase III
BP.20-714	BPPA2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPB2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPC2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPD2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPE2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPF2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPG2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPH2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPI2	Máx:150 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=1500; Clase III
	BPPJ2	Máx:220 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=2200; Clase III
	BPPK2	Máx:220 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=2200; Clase III
	BPPL2	Máx:220 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=2200; Clase III
	BPPM2	Máx:220 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=2200; Clase III
	BPPN2	Máx:220 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=2200; Clase III
BPPO2	Máx:220 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=2200; Clase III	
BPPQ2	Máx:220 kg; Min:5 kg; e=dd=dt:100 g; n=2200; Clase III	

Buenos Aires, 19 de octubre de 2023

Válido hasta el 19 de octubre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 035-Hijos de Francisco Dino SRL DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.