



**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gov.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 041

SEISEME S.A.

Inscripción R.U.M.P. N° RL-2018-12597651-APN-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI

Buenos Aires, 25 de enero de 2024

Válido hasta el 25 de enero de 2025



CERTIFICADO N° 041

SEISEME S.A.

Inscripción R.U.M.P. N° RL-2018-12597651-APN-MP

ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Marca	Modelo	Características metroológicas
TD.20-2311	Exatherm	DT-K11B	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II
TD.20-2311	Farmacity	DT-K11B	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II
TD.20-2311	Furey	DT-K11B	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II
ML-0308/20-AR-0070/2021	Exatherm	CRW-1108	Rango de medición 35,0 a 42,0°C Precisión: 0,1°C; Clase II
ML-0308/20-AR-0070/2021	Bremen	CRW-1108	Rango de medición 35,0 a 42,0°C Precisión: 0,1°C; Clase II
ML-0308/20-AR-0070/2021	Furey	CRW-1108	Rango de medición 35,0 a 42,0°C Precisión: 0,1°C; Clase II
ML-0308/20-AR-0070/2021	Farmacity	CRW-1108	Rango de medición 35,0 a 42,0°C Precisión: 0,1°C; Clase II

Buenos Aires, 25 de enero de 2024

Válido hasta el 25 de enero de 2025

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 041 - Seiseme DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.