



Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> E-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 075

TENACTA S.A.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-01740621-APN-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 29 de agosto de 2022

Válido hasta el 29 de agosto de 2023



CERTIFICADO N° 075

TENACTA S.A.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-01740621-APN-MP

ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Marca	Modelo	Características metrológicas
TD.20-2300	ASPEN	MT-30	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II
TD.20-2300	ASPEN	MT-31	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II

Buenos Aires, 29 de agosto de 2022

Válido hasta el 29 de agosto de 2023

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
Instituto Nacional de Tecnología Industrial