



INTI

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección Técnica de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. de Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 076

Dräger Argentina S.A.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-01020043-APN-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE OPERATIVO DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2024

Válido hasta el 10 de Septiembre de 2025



INTI

CERTIFICADO N° 076

Dräger Argentina S.A.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-01020043-APN-MP

Anexo 1

Marca	Modelo	Código de aprobación de modelo	Expediente	Características metroológicas
DRÄGER	Alcotest 7510 AR Con dispositivo Impresor	ET.10-2206	S01:0312319/2017	Rango de medición: 0,00 g/l a 3,00 g/l. Temperatura de operación: -10 a 40 °C. Tiempo de precalentamiento: 1 a 3 min.
DRÄGER	Alcotest 7510 AR Sin dispositivo Impresor	ET.20-2207	S01:0312319/2017	Rango de medición: 0,00 g/l a 3,00 g/l. Temperatura de operación: -10 a 40 °C. Tiempo de precalentamiento: 1 a 3 min.

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2024

Válido hasta el 10 de Septiembre de 2025

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE OPERATIVO DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 076 - Draeger DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.