



Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección Técnica de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 078

ISKRAMECO S.R.L

C.U.I.T. N° 30-71630442-2

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (Anexo VII punto 10 de la Resolución N° 276/2024 de SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2025

Valido hasta el 28 de Marzo de 2026



CERTIFICADO N° 078

ISKRAMECO S.R.L

C.U.I.T. N° 30-71630442-2

ANEXO 1

Código de Aprobación de modelo	Modelo	Marca	Características metrológicas	Origen
ML-247/19-AR-0340	MT880 T1A32R56S53-E12- V52L81B11-M3K0- M-H08	ISKRA	Constante para energía activa 10.000 imp/kWh Constante para energía reactiva 10.000 imp/kvarh Clase de exactitud Energía activa Cl 05S Clase de exactitud Energía reactiva Cl. 2 Temperatura de funcionamiento: -25°C ~+70°C. Grado de protección de la caja: II Grado IP: 54 Tensión nominal: 3x380/220V Número de fases, hilos y elementos: 3 fases, 4 hilos, 3 elementos Sistema de conexión: Secuencial Corriente de arranque: 0,001 A Corriente mínima 0,05 A Corriente de transición: 0,1 A Corriente máxima: 10 A Frecuencia nominal: 50 Hz	ESLOVENIA

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2025

Valido hasta el 28 de Marzo de 2026

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



CERTIFICADO N° 078

ISKRAMECO S.R.L

C.U.I.T. N° 30-71630442-2

ANEXO 1

Código de Aprobación de modelo	Modelo	Marca	Características metrológicas	Origen
ML-247/19-AR-0276	MT174 D2A42R56-M3K0Z-I	ISKRA	Constante para energía activa 1.000 imp/kWh Constante para energía reactiva 1.000 imp/kvarh Clase de exactitud Energía activa Cl. 1 Clase de exactitud Energía reactiva Cl. 2 Temperatura de funcionamiento: -25°C ~+60°C. Grado de protección de la caja: II Grado IP: 54 Tensión nominal: 3x380/220V Número de fases. hilos y elementos: 3 fases, 4 hilos, 3 elementos Sistema de conexión: Secuencial Corriente de arranque: 0,02 A Corriente mínima 0,25 A Corriente de transición: 0,5 A Corriente máxima: 120 A Frecuencia nominal: 50 Hz	EGIPTO

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2025

Valido hasta el 28 de Marzo de 2026

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



CERTIFICADO N° 078

ISKRAMECO S.R.L

C.U.I.T. N° 30-71630442-2

ANEXO 1

Código de Aprobación de modelo	Modelo	Marca	Características metrológicas	Origen
ML-247/19-AR-0346	ME152-1	ISKRA	Constante para energía activa 1.000 imp/kWh Constante para energía reactiva 1.000 imp/kvarh Clase de exactitud Energía activa Cl. 1 Clase de exactitud Energía reactiva Cl. 2 Temperatura de funcionamiento: -10°C ~+60°C. Grado de protección de la caja: II Grado IP: 54 Tensión nominal: 220V Número de fases. hilos y elementos: 1 fase, 2 hilos, 1 elementos Sistema de conexión: Secuencial Corriente de arranque: 0,025 A Corriente mínima 0,25 A Corriente de transición: 0,5 A Corriente máxima: 80 A Frecuencia nominal: 50 Hz	EGIPTO

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2025

Valido hasta el 28 de Marzo de 2026

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 078 - ISKRAMECO 2025 DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.