

ANEXO I

ENSI S.E. – Laboratorio N° 17

• SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

ÁREA PRESION				
SERVICIOS CALIBRACIÓN/MEDICIÓN DE:		CAMPOS DE MEDIDA	MÍNIMA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (X)	PROCEDIMIENTOS
Manómetros y Transductores de presión en modo relativo	Neumática	10 kPa a 700 kPa	$150 \cdot 10^{-6}p$, no menor a 0,01 kPa	PMET014 Y PMET017
	Hidráulica	100 kPa a 43 MPa	$250 \cdot 10^{-6}p$, no menor a 0.2 kPa	

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento $k=2$. Salvo que se especifique otra cosa, la incertidumbre de medición expresada en % se refiere a la incertidumbre relativa de la indicación del instrumento objeto de calibración ó al valor de la medida materializada según corresponda.

P: presión relativa expresada en kPa

Buenos Aires, 7 de mayo de 2021