

ANEXO I-1

PROENERGY SERVICES DE ARGENTINA SRL – Laboratorio N° 57

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA PRESION			
SERVICIOS Calibración/Medición de:	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Medidores, indicadores y transmisores de presión diferencial/relativa Medio de generación neumático/hidráulico..	0 - 25 hPa	0,008 hPa	IT-180-06-01
	25 hPa - 1400 kPa	0,28 kPa	
	1400 kPa - 4 MPa	0,0012 MPa	
	4 - 7 MPa	0,002 MPa	
Medidores, indicadores y transmisores de presión diferencial/relativa. Medio de generación hidráulico	7 MPa – 70 MPa	0,01 MPa	
Medidores, indicadores y transmisores de presión absoluta. Medio de generación neumático.	760 hPa A - 1150 hPa A	0,3 hPa	

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2.

Buenos Aires, 3 de febrero de 2022

ANEXO I-2

PROENERGY SERVICES DE ARGENTINA SRL – Laboratorio N° 57

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA TEMPERATURA			
SERVICIOS Calibración/Medición de:	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Sensores de Temperatura	-30°C a 0 °C	0,2	PE-02
	0 °C a 165 °C		
	300 °C a 500 °C	0,4	
	200 °C a 600 °C	1	PE-03
	600 °C a 800 °C	1,5	
	800°C a 1000 °C	2	

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento $k=2$.