

ANEXO I

RUNCO SA – Laboratorio N° 66

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

| AREA: DIMENSIONAL | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|
| SERVICIOS Calibración/Medición de: | Campos de medida | Mínima Incertidumbre de Medición (x) | Procedimientos |
| Calibración de Teodolitos y estaciones totales en escala horizontal y vertical | 0 a 360° En ambas escalas | 2" en escala horizontal 6" en escala vertical | L-I03 |
| Calibración de Niveles Opticos Error de colimación | Entorno de la horizontal | 11 " | L-I02 |

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018