

ANEXO I-1

TECNODIL SRL – Laboratorio N° 74

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA: TEMPERATURA			
Servicio de Calibración de:	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimiento
Instrumentos de medición de temperatura con sonda de inmersión (in-situ o laboratorio)	-25°C a 200 °C	0,3°C	PC 029

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento $k=2$.