

ANEXO I

ADOX S.A: Laboratorio N° 78

• SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

ÁREA TEMPERAATURA				
SERVICIOS CALIBRACIÓN/MEDICIÓN DE:		CAMPOS DE MEDIDA	MÍNIMA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (X)	PROCEDIMIENTOS
Heladeras, Cámaras Frigoríficas, Cuartos refrigerados	en campo	0 °C a 10 °C	1,8 °C	7.6.00.00
Mapeo térmico de áreas cerradas. Cálculos de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura media, puntos fríos y calientes, homogeneidad, estabilidad.				
Depósitos, cámaras de estabilidad	en campo	10 °C a 50 °C	1,1 °C	
Mapeo térmico de áreas cerradas. Cálculos de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura media, puntos fríos y calientes, homogeneidad, estabilidad.				

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2. Salvo que se especifique otra cosa, la incertidumbre de medición expresada en % se refiere a la incertidumbre relativa de la indicación del instrumento objeto de calibración ó al valor de la medida materializada según corresponda.

Buenos Aires, 30 de mayo de 2021