

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Programa de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 029

TERMOMETROS ARGENTINOS S.A.

Inscripción N° 6156

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Válido hasta el 21 de octubre de 2017

CERTIFICADO Nº 029
TERMÓMETROS ARGENTINOS S.A.

Inscripción Nº 6156
ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Marca	Modelo	Características metrológicas
DNCI N°731/2001	Franklin	CHA – HZ3	Rango de medición 35 a 42 °C
DNCI N°584/2006	Franklin	P – HZ1	Rango de medición 35 a 42 °C
TD.20-2224	Franklin	HZ5	Rango de medición 32 a 43,9 °C, Precisión: 0,1°C; Clase II
TD.20-2226	Franklin	HZ6	Rango de medición 32 a 43,9 °C; Precisión: 0,1°C; Clase II

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016

Válido hasta el 21 de octubre de 2017

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
Instituto Nacional de Tecnología Industrial