

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
Programa de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA  
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400  
Internet: <http://www.inti.gov.ar> e-mail: [metrologialegal@inti.gob.ar](mailto:metrologialegal@inti.gob.ar)

**CERTIFICADO N° 041**

**SEISEME S.A.**

**Inscripción N° RL-2018-12597651-APN-MP**

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

---

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 31 de mayo de 2019

*Válido hasta el 31 de mayo de 2020*

# CERTIFICADO N° 041

**SEISEME S.A.**

**Inscripción N° RL-2018-12597651-APN-MP**

ANEXO 1

PAGINA 1/1

<b>Código de aprobación</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Características metroológicas</b>
TD.20-2311	Exatherm	DT-K11B	Rango de medición 32 a 42,9 °C Precisión: 0,1°C; Clase II

Buenos Aires, 31 de mayo de 2019

Válido hasta el 31 de mayo de 2020

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial