

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial**  
**Programa de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA  
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400  
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: [metrologialegal@inti.gob.ar](mailto:metrologialegal@inti.gob.ar)

# CERTIFICADO N° 042

## BALANZAS TREBOL S.A.I.C.

Inscripción N° RL-2019-42851741-APN-MPYT

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** ( punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

---

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 08 de mayo de 2019

*Válido hasta el 08 de mayo de 2020*

# CERTIFICADO Nº 042

## BALANZAS TREBOL S.A.I.C.

Inscripción Nº RL-2019-42851741-APN-MPYT

### ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BB.30-111	M-10	Máx:100kg; Mín:100g; e=dd=dt:10g; n=1000 ; Clase III
BE.80-1084	SP 30 kg	Máx:30kg; Mín:200g; e=dd=dt:10g; n=3000 ; Clase III
	SP 15 kg	Máx:15kg; Mín:100g; e=dd=dt:5g; n=3000 ; Clase III
	SP 6 kg	Máx:6kg; Mín:40g; e=dd=dt:2g; n=3000 ; Clase III
	SP 3 kg	Máx:3kg; Mín:10g; e=dd=dt:1g; n=3000 ; Clase III
BE.80-1985	MINI	Máx:15kg; Mín:100g; e=dd=dt:5g; n=3000 ; Clase III
	MINI Variante	Máx:15kg; Mín:100g; e=dd=dt:5g; n=3000 ; Clase III
BE.30-1594	CROMA	Máx:15kg; Mín:100g; e=dd=dt:5g; n=3000 ; Clase III
	CROMA Variante	Máx:15kg; Mín:100g; e=dd=dt:5g; n=3000 ; Clase III
BE.80-1983	TANGO	Máx:30kg; Mín:200g; e=dd=dt:10g; n=3000 ; Clase III
BE.80-1900	CA	Máx:30kg; Mín:200g; e=dd=dt:10g; n=3000 ; Clase III
BE.70-1149	SH	Máx:300kg; Mín:5kg; e=dd=dt:100g; n=3000 ; Clase III
	SH	Máx:150kg; Mín:2,5kg; e=dd=dt:50g; n=3000 ; Clase III
	SL	Máx:60kg; Mín:400g; e=dd=dt:20g; n=3000 ; Clase III
	SL	Máx:30kg; Mín:200g; e=dd=dt:10g; n=3000 ; Clase III
BE.80-1156	SG	Máx:300kg; Mín:5kg; e=dd=dt:100g; n=3000 ; Clase III
	SG	Máx:150kg; Mín:2,5kg; e=dd=dt:50g; n=3000 ; Clase III
BE.80-2236	SL-150	Máx:150kg; Mín:2,5kg; e=dd=dt:50g; n=3000 ; Clase III

Buenos Aires, 08 de mayo de 2019

Válido hasta el 08 de mayo de 2020

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial