

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Programa de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gov.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 048

IRAOLA y CIA. S.A.

Inscripción N° 6980

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Válido hasta el 28 de febrero de 2020

CERTIFICADO N° 048
IRAOLA y CIA. S.A.

Inscripción N° 6980
ANEXO 1

PAGINA 1/1

Código de aprobación	Marca	Modelo	Características metrologías
TD.20-2247	Hangzhou Hua'an Medical & Health	DT-11 A	Rango de medición 32 a 42 °C Precisión: 0,1 °C; Clase II

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019

Válido hasta el 28 de febrero de 2020

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

CERTIFICADO N° 048
IRAOLA y CIA. S.A.

Inscripción N° 6980
ANEXO 1

PAGINA 2/1

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019

Válido hasta el 28 de febrero de 2020

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
Instituto Nacional de Tecnología Industrial