

ANEXO 1-1

SIPEL SRL. – Laboratorio N° 20

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

MASA			
Servicios de	Campo de Medida	Incertidumbre Mínima de medición (x)	Procedimientos
Calibración de Pesas Clase n=10000	1000 kg	17 g	HI-102
	500 kg	8 g	
Calibración de pesas clase M1	20 kg	300 mg	
	10 kg	150 mg	
	5 kg	80 mg	
	2 kg	30 mg	
	1 kg	15 mg	
	200 g	3,0 mg	
	100 g	1,6 mg	
	50 g	1,0 mg	
	20 g	0,8 mg	
	10 g	0,6 mg	
	5 g	0,5 mg	
2 g	0,4 mg		
1 g	0,3 mg		
Calibración de pesas clase M2	500 g	10 mg	

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento $k=2$.