

## ANEXO I

PROENERGY SERVICES DE ARGENTINA SRL – Laboratorio N° 57

### SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA PRESION			
SERVICIOS Calibración/Medición de:	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Medidores, indicadores y transmisores de presión diferencial, relativa y absoluta en medio neumático	0-25 hPa	0,008 hPa	IT-180-06-01
	25 hPa-1400 kPa	0,28 kPa	
	1400 kPa -4 MPa	0,0012 MPa	
	4-10 MPa	0,0020 MPa	

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento  $k=2$ .

Buenos Aires, 23 de abril de 2018

## ANEXO I-2

### PROENERGY SERVICES DE ARGENTINA SRL – Laboratorio N° 57

#### SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA TEMPERATURA			
SERVICIOS Calibración/Medición de:	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Sensores de Temperatura	-30 a 0	0,2	IT-180-06-02 Calibración de Termorresistencias
	0 a 165		
	300 a 500	0,4	
	200 a 600	1	IT-180-06-03 Calibración de Termocuplas y Termómetros
	600 a 800	1,5	
	800 a 1000	2	

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento  $k=2$ .