

ANEXO 1-1

MAC SRL. – Laboratorio Nº 65

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA: VOLUMEN				
Servicios de Calibración	Campo de medición dm ³	Mínima Incertidumbre de medición (*)		Procedimiento
		dm ³	%	
Medidas de capacidad (Patrones de volumen)	5	0,003	0,06	PTC-027
	10	0,004	0,04	
	20	0,006	0,03	
	40	0,006	0,015	
	100	0,025	0,025	
	200	0,033	0,017	
	500	0,075	0,015	
	1 000	0,15	0,015	
	1 500	0,22	0,015	
	3 000	0,60	0,020	

(*) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2.

Buenos Aires, 26 de enero de 2018